



## VEILEDER TILSYN SOLARIER

**Forfatter og ansvarlig for oppdatering:** Koordinator i samfunnsmedisin, NGLMS Hege Lorentzen

**Opprettet:** 2013

**Endret:** Juli 2017 (5)

**Neste oppdatering:** Juli 2018

### Formål

Sikre at kommunen fører tilsyn med solarier slik at driften og bruken av disse ikke medfører uheldige skadevirkninger.

### Omfang

Veilederen kan brukes av kommunene i Nord-Gudbrandsdal ved tilsyn på alle solarier som tilbys allmennheten.

### Ansvar

Det henvises til kommunens delegeringsreglement og/eller dokumentet «Internkontroll Folkehelseloven» i kommunen.

### Aktivitet/beskrivelse

Hypppighet av tilsyn basert på risikovurdering: Hvert 3. år

#### Varslet tilsyn

- Skriftlig varsel om tilsyn ved bruk av «Mal: Varsel om tilsyn på solarier» sendes eier senest 4 uker før tilsynet.
- Muntlig varsling kan gjøres i forkant av skriftlig varsel.

#### Uvarslet tilsyn

- Den som utfører tilsynet møter uanmeldt i virksomheten.
- Skriftlig varsel tas med og gis på innledningsmøtet.

#### Gjennomføring av tilsyn (varslet og uvarslet)

- Innledningsmøte med tema som beskrevet i «Mal: Varsel om tilsyn solarier»
- Systemrevisjon med gjennomgang av temaer i skjemaet «Tilsyn solarier»
- Inspeksjon/befaring og ev. målinger med utgangspunkt i overnevnte skjema
- Oppsummering med rådgivning aktuelle tema og Informasjon om [«Veileder til solstudio-innehavere og de som tilbyr soling i solarium»](#) og [«NGLMS.no/solarier -lenke til Strålevernet»](#)
- Avslutningsmøte:
  - Dersom det er mulige avvik, anbefales møtet gjennomført en annen dag enn innledningsmøte, revisjonen/inspeksjon og oppsummering - men senest innen en måned
  - Dersom det ikke er avvik, anbefales møtet gjennomført samme dag som innledningsmøte, revisjonen/inspeksjon og oppsummering

#### Tilsynsrapport

- «Mal for tilsynsrapport solarier» kan brukes og sendes virksomheten senest to uker etter avslutningsmøtet.
- «Tilsynsrapporten er å anse som endelig dersom virksomheten ikke sender tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
- Etter to uker sendes en bekreftelse / avkreftelse på om rapporten er endelig.

#### Aktuelle deltakere fra virksomheten

Eier og den som er ansvarlig for drift av solarier. Det kan være aktuelt å intervju ev. ansatte.



### Dokumentasjon

Varsel om tilsyn og tilsynsrapport registreres som utgående post og arkiveres i E-phorte. Kopi av tilsynsrapport sendes Statens strålevern.

### **Vedlegg**

Tilgjengelig på «NGLMS/samfunnsmedisin og folkehelse/Solarier» og «Region felles/6K miljørettet helsevern – folkehelse/Solarier»

- Skjema: Tilsyn solarier
- Mal: Varsel tilsyn solarier
- Mal: Tilsynsrapport solarier, ingen avvik
- Mal: Tilsynsrapport solarier, avvik
- [Plakat: 18 års aldersgrense solarium](#)
- [Plakat: Advarsel ved solariebruk](#)

### **Kompetanse**

Den som gjennomfører tilsyn må:

- Kjenne til lovgrunnlaget for tilsyn med solarier
- Ha kompetanse som muliggjør tilsyn i henhold til veileder for tilsyn solarier i Nord-Gudbrandsdal med utarbeidet skjema

### **Hjemmel**

- [Lov om folkehelsearbeid \(Folkehelseloven\)](#)
- [Forskrift om miljørettet helsevern](#)
- [Lov om strålevern og bruk av stråling \(Strålevernloven\)](#)
- [Forskrift om strålevern og bruk av stråling \(Strålevernforskriften\)](#)
- [Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet](#)

### **Referanser**

- [Informasjon til kommunale tilsynsmyndigheter fra Statens strålevern](#)
- [Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium](#)
- [Statens strålevern: Solarier i Norge. Regelverk og status etter tilsyn](#)
- [Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer, kapittel 3.1.2 Solarier](#)
- [Kurs i solarietilsyn, Statens strålevern](#)
- [Veileder til solarieforhandlere og importører](#)
- [Veileder i miljørettet helsevern, 2004](#)
- [Veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern, 2016](#)
- [Forvaltningsloven](#)
- [«Dette bør du vite før du tar solarium», brosjyre fra Statens Strålevern](#)

### **Utstyr**

- Kamera
- Lommelykt
- Måleapparat for å sjekke om strålingen holder seg innenfor UV type 3-kravene (lånes fra Statens strålevern - 67 16 25 00 - i 2 uker av gangen)